



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Valstybės biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. (8~5) 266 2808, faks. (8~5) 266 2800, el. p. aaa@aaa.am.lt, <http://aaa.am.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898..

Adresatams pagal sąrašą

2010-11-05

Nr. (10)-A4- 3794

Nr.

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO (NR. 95063) „IRANGOS, REIKALINGOS APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS IR GAMTOS TYRIMŲ CENTRO LABORATORIJOMS EKOTOKSIŠKUMO TYRIMAMS ATLIKTI, ĮSIGIJIMAS“

Aplinkos apsaugos agentūra, atsižvelgdama į tiekėjų pateiktus klausimus, teikia šiuos paaiškinimus:

1. Klausimas

II Antrojeje pirkimo dalyje, 18 lentelėje, 16.6 punkte nurodyta, kad „prašvietimas- 20 W halogeninė lempa <...>“. Patikslinkite: Ar apšvietimui gali būti naudojama 22 W halogeninė lempa?

1. Atsakymas

Konkurso sąlygų 2 priedo 18 lentelės 16.6 punkte nurodyta, kad „prašvietimas- 20 W halogeninė lempa <...>“. Vadovaujantis Konkurso sąlygų 42 p. perkančioji organizacija tikslina šį reikalavimą ir Konkurso sąlygų 2 priedo 18 lentelės 16.6 punktą išdėsto taip: „16.6 prašvietimas - **ne mažiau kaip 20 W halogeninė lempa**, matinis ir skaidrus veidrodis, atramos rankoms, baltos/juodos spalvų staliuko plokštelė (keičiama)“.

Apie šiuos pakeitimus bus paskelbta CVP IS ir Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt>.

2. Klausimas

II Antrojeje pirkimo dalyje, 18 lentelėje 16.7 punkte nurodyta „6V/10W halogeninis episkopinis apšvietėjas“. Patikslinkite: .Ar halogeninis episkopinis apšvietėjas gali būti 12V/22W?

2. Atsakymas

„Konkurso sąlygų 2 priedo 18 lentelės 16.7 punkte nurodyta, kad binokuliariniame mikroskope turi būti 6V/10W halogeninis episkopinis apšvietėjas. Vadovaujantis Konkurso sąlygų 42 p. perkančioji organizacija tikslina šį reikalavimą ir Konkurso sąlygų 2 priedo 18 lentelės 16.7 punktą išdėsto taip: „16.7 **Ne mažiau kaip 6V/10W** halogeninis episkopinis apšvietėjas“. Apie šiuos pakeitimus bus paskelbta CVP IS ir Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt>.“

3 .Klausimas

„II Antrojeje pirkimo dalyje, 19 lentelėje, 17.6 punkte nurodyta „atstumo tarp vyzdžių reguliavimas ne siauresnis nei 48-75 mm?“ Patikslinkite: Ar bus priimamas mūsų pasiūlymas, jei atstumo tarp vyzdžių reguliavimas ne siauresnis nei 52-76 mm?

3. Atsakymas

Konkurso sąlygų 2 priedo 19 lentelės 17.6 punkte nurodyta, kad binokuliarinio stereomikroskopo su fotokamera atstumo tarp vyzdžių reguliavimas ne siauriau 48-75 mm. Jeigu tiekėjas pasiūlyme pasiūlys mikroskopą, kurio atstumo tarp vyzdžių reguliavimas ne siauresnis nei 52-76 mm, pasiūlymas neatitiks Konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų.

4. Klausimas

Nagrinėjant konkurso sąlygas iškilo dar vienas klausimas dėl pasiūlymų galiojimo užtikrinimo trukmės. Skyriuje, aprašančiame pasiūlymų galiojimo užtikrinimą, nenurodytas pasiūlymų galiojimo užtikrinimo terminas. Prašome paaiškinti, kokia turi būti banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto galiojimo trukmė?

4. Atsakymas

Konkurso sąlygų 34 punkte nurodyta „Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2011 m. liepos 30 d.“ Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas turi galioti ne trumpiau nei iki 2011 m. liepos 30 d.

5.Klausimas

Prašome patikslinti viešojo pirkimo techninę specifikaciją. II pirkimo dalis. 18. lentelė. Punktas 16.6. Reikalavimas - prašvietimas – 20W halogeninė lempa, matinis ir skaidrus veidrodis, atramos rankoms, baltos/juodos spalvų staliuko plokštele (keičiama).

Klausimas – ar reikia būtent 20W galingumo halogeninės lempos, ar pasiūlymas su didesnio nei 20W galingumo halogenine lempa bus laikomas atitinkančiu reikalavimus?

5. Atsakymas

Konkurso sąlygų 2 priedo 18 lentelės 16.6 punkte nurodyta, kad „prašvietimas- 20 W halogeninė lempa <...>“. Vadovaujantis Konkurso sąlygų 42 p. perkančioji organizacija tikslina šį reikalavimą ir Konkurso sąlygų 2 priedo 18 lentelės 16.6 punktą išdėsto taip: „16.6 prašvietimas - **ne mažiau kaip 20 W halogeninė lempa**, matinis ir skaidrus veidrodis, atramos rankoms, baltos/juodos spalvų staliuko plokštelė (keičiama)“.

Apie šiuos pakeitimus bus paskelbta CVP IS ir Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt>.

6.Klausimas

II pirkimo dalis. 18. lentelė. Punktas 16.7. Reikalavimas - 6V/10W halogeninis episkopinis apšvietėjas.

Klausimas - ar reikia būtent 6V/10W galingumo episkopinio apšvietėjo, ar pasiūlymas su didesnio nei 6V/10W galingumo episkopiniu apšvietėju bus laikomas Konkurso sąlygų techninės specifikacijos atitinkančiu reikalavimus?

6. Atsakymas

„Konkurso sąlygų 2 priedo 18 lentelės 16.7 punkte nurodyta, kad binokuliariniame mikroskope turi būti 6V/10W halogeninis episkopinis apšvietėjas. Vadovaujantis Konkursos sąlygų 42 p. perkančioji organizacija tikslina šį reikalavimą ir Konkurso sąlygų 2 priedo 18 lentelės 16.7 punktą išdėsto taip: „16.7. **Ne mažiau kaip 6V/10W** halogeninis episkopinis apšvietėjas“. Apie šiuos pakeitimus bus paskelbta CVP IS ir Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt>.“

7.Klausimas

II pirkimo dalis. 19. lentelė. Punktas 17.6. Reikalavimas - Okuliarai 10x, lauko numeris ne mažiau 22, pasvirimo kampas 20°, atstumo tarp vyzdžių reguliavimas ne siauriau 48-75 mm.

Klausimas – ar reikia būtent 48-75 mm atstumo tarp vyzdžių reguliavimo, ar pasiūlymas su 52-76 mm atstumo tarp vyzdžių reguliavimu bus laikomas atitinkančiu reikalavimus ?

7. Atsakymas

Konkurso sąlygų 2 priedo 19 lentelės 17.6 punkte nurodyta, kad binokuliarinio stereomikroskopo su fotokamera atstumo tarp vyzdžių reguliavimas ne siauriau 48-75 mm. Jeigu tiekėjas pasiūlyme pasiūlys mikroskopą, kurio atstumo tarp vyzdžių reguliavimas ne siauresnis nei 52-76 mm, pasiūlymas neatitiks Konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų

8.Klausimas

X pirkimo dalis. 43. lentelė. Punktas 52.16. Reikalavimas - Matmenys: Ne mažesni nei - 1000 x 800 x 700 mm.

Klausimas - Ar gali būti, kad šiame punkte yra įsivėlus techninio pobūdžio klaida, vietoj žodžio "didesni" įrašant žodį „mažesni“? Tokia formuluotė būtų logiška ir užtikrintų maksimalų laboratorijos erdvės panaudojimą. Prašome patikslinti ar šis punktas turėtų būti: Matmenys: Ne didesni nei - 1000 x 800 x 700 mm?

8. Atsakymas

„Konkurso sąlygų 2 priedo 43 lentelės 52.16 punkte įsivėlė techninio pobūdžio klaida. Konkurso sąlygų 2 priedo 43 lentelės 52.16 punkte vietoj žodžių „ne mažesni“ turi būti įrašytas žodžiai „ne didesni kaip“.

Perkančioji organizacija praneša, kad bus patikslintas Konkurso sąlygų 2 priedo 43 lentelės 52.16 punktas ir įrašyta vietoj žodžių „ne mažesni“ žodžiai „ne didesni kaip“. Apie šiuos pakeitimus bus paskelbta CVP IS ir Aplinkos Apsaugos Agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt>“


9.Klausimas

Norėjome patikslinti dėl pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. Ar bus tinkamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, kuris apimtų visas tiekėjo siūlomas pirkimo objekto dalis (susumuojant kiekvienos pirkimo dalies reikalaujamas užtikrinimo sumas), ar reikalaujamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas kiekvienai pirkimo daliai atskirai. Ar iš esmės Jums nebūtų skirtumo?

9.Atsakymas

Konkurso sąlygų 11 punkte nurodyta, kad „pirkimas skirstomas į 10 dalių, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį“, todėl pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas turi būti pateiktas kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė



Aldona Teresė Kučinskienė

ORIGINALAS NEBUS
SIUNČIAMAS

R.Šalkauskas, tel. (8 5) 2663255, el. p. r.salkauskas@aaa.am.lt