



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel.+370 70662008, faks.+370 70662000, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898 PVM mokėtojo kodas LT100001069417.

Adresatams pagal sąrašą

2013-03-

Nr. (10)-A4-

I

Nr.

DĖL SVARSTYKLIŲ IR PRIETAISŲ CHEMINIAMS PARAMETRAMS NUSTATYTI VIEŠOJO PIRKIMO (NR. 133931)

Aplinkos apsaugos agentūra, atsižvelgdama į viešojo pirkimo dalyvių klausimus, teikia šiuos paaiškinimus:

Klausimas:

Dėl tiekėjo kvalifikacijos reikalavimo 1 lentelės 15.6 punkto. Ar galima pateikti, kaip kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus valstybės įmonės Registrų centro išduotą pažymą, patvirtinančią jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, arba įmonės registravimo pažymėjimo ir įstatų kopijas, arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninį sertifikuotą išrašą?

Atsakymas:

Konkurso sąlygų 1 lentelės „Bendrieji reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“ 15.6 punkte nurodyta, kad Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: valstybės įmonės Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją, asmuo, besiverčiantis veikla, turint verslo liudijimą, - verslo liudijimo kopiją arba profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymas, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaraciją, liudijančią tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Jūsų klausime nurodyti dokumentai bus vertinami kaip neatitinkantys Konkurso sąlygų 1 lentelės „Bendrieji reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“ 15.6 punkte nurodytų reikalavimų.

Klausimas:

Klausimas dėl I dalies 4 lentelės, analitinės svarstyklės. Prašome paaiškinti reikalavimus: Eil. Nr. 5 Spausdinimo įrenginys svėrimo duomenų dokumentacijai. Eil. Nr. 7 Mini spausdintuvas. Ar reikalaujama dviejų skirtingų spausdintuvų ar vieno?

Atsakymas:

Svarstyklėms reikalingas vienas spausdintuvas, o "spausdinimo įrenginys svėrimo duomenų dokumentacijai" reikia suprasti, kaip jungtis reikalinga sujungti spausdintuvą su svarstyklėmis.

Klausimas:

Klausimas dėl II dalies 7 lentelės. Spektrofotometras Prašome patikslinti reikalavimą Eil. Nr. 8 nuo -0,3 iki 125% T ar geresnės. Prašome nurodyti kaip laidumo koeficientas gali būti neigiamas?

Atsakymas:

Įsivėlusį spausdinimo klaidą. Laidumo koeficientas negali būti neigiamas prie % T. Pasiūlymo formos priedėlio II pirkimo dalies 7 lentelės „Spektrofotometras“ 8 punktą, Konkurso sąlygų 2 priedo „Svarstyklių ir prietaisų cheminiams parametrų nustatymui techninės specifikacijos“ II pirkimo dalies 7 lentelės „Spektrofotometras“ 8 punktą išdėstyti taip:

8	Fotometrines ribos	Nuo -0,1 iki 3,0 A ar geresnės nuo 0,3 iki 125% T ar geresnės
---	--------------------	---

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė

Aldona Teresė Kučinskienė

Rimantas Šalkauskas, tel. 870663255, el. p. r.salkauskas@aaa.am.lt