



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Valstybės biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. (8-5) 266 2808. faks. (8-5) 266 2800, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://aaa.am.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898. PVM mokėtojo kodas LT100001069417.

Adresatams pagal sąrašą

2010-08-

Nr. (10)-A4-

I

Nr.

DĖL KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Informuojame, kad buvo gautas rašytinis tiekėjo prašymas paaiškinti „Oro monitoringo sistemos atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų viešojo pirkimo“ Konkurso sąlygas. Vadovaudamiesi konkurso sąlygų 40 punktu, teikiame šį konkurso sąlygų paaiškinimą:

1. Klausimas

Pirkimo dokumentų 16.8 punkte nustatyta, kad „tiekėjo vidutinė tos veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas (oro monitoringo įrangos atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų tiekimas), pastarųjų trejų finansinių metų apyvarta - ne mažiau 250 tūkst. Lt per metus (jei įmonė veikia trumpiau nei 3 metus, tikrinami duomenys nuo įregistravimo datos)“. Kaip įrodymas turi būti pateikta pažyma apie atitikimų metų konkrečių prekių, t.y. Oro monitoringo įrangos atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų, apyvartą. Prašome paaiškinti, ar įmonės pajamos, susijusios su oro monitoringo ar panašios įrangos pardavimu, gali būti skaičiuojamos į apyvartą tenkinant šį reikalavimą?

1. Atsakymas

Įmonės pajamos, susijusios su oro monitoringo ar panašios įrangos pardavimu, negali būti įskaičiuojamos į įmonės apyvartą.

2. Klausimas

Pirkimo dokumentų 16.9.2 nustatyta, kad „Tiekėjo pateikiama informacija turi įrodyti, kad jo parduodamos prekės atitinka kokybės reikalavimus ir techninius reikalavimus.“ Prašome nurodyti kokius konkrečiai kokybės reikalavimus, standartus ar pan. Siūloma įranga turi atitikti bei nurodyti „valstybėse narėse akredituotų kompetetingų įstaigų“ sąrašą.

2. Atsakymas

Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių įstaigų išduotos pažymos, kurios liudija, kad prekių kokybė atitinka techninę specifikaciją ir standartus. Kiekviena ES valstybė narė (kurių yra 27) turi kompetetingą instituciją arba kompetetingos institucijos akredituotas įstaigas, kurios turi teisę atlikti prekių kokybės įvertinimą. Prašome pateikti kompetetingos institucijos arba akredituotos kitos įstaigos pažymą.

3. Klausimas

Pirkimo dokumentų 1 priede 2 dalies sąrašo lentelėje punktai 4 ir 14 turi tokius pat pavadinimus bei įrenginių ir dalies kodų numerius, tačiau skirtingus kiekius (5 ir 8 atitinkamai). Prašome nurodyti tikslų šių dalių kieki.

3. Atsakymas

Patikslinsime Techninę specifikaciją.

4. Klausimas.

Konkurso sąlygų 2 priedo 1 lentelės 2 punkte parašyta, kad norima pirkti variklį Environment SA analizatoriui AC32M. Mums žinoma, kad šis analizatorius neturi variklio ir tiekėjai jo pateikti negali. Prašome nurodyti analizatoriaus modelį, kuriame šis variklis bus naudojamas.

4. Atsakymas.

Patikslinsime Techninę specifikaciją.

5. Klausimas.

Konkurso sąlygų 2 priedo 1 lentelės 2 punkte parašyta, kad norima pirkti pašildomą vamzdį 2,6 m. Environnement SA prietaisui MP101M, tačiau tokios dalies tiekėjai neteikia. Jeigu bus pasiūlyta 2,75 m. vamzdis, ar toks pasiūlymas bus pripažintas tinkamu?

5. Atsakymas.

Patikslinsime Techninę specifikaciją.

6. Klausimai.

Konkurso sąlygų 2 priedo 1 lentelės 12 punkte parašyta, kad norima pirkti molibdeną konverteriui Environnement SA analizatoriui AC32M. Šis analizatorius neturi galimybės pakeisti molibdeną. Prašome patikslinti analizatoriaus modelį, kuriam šis molibdenas bus naudojamas arba nurodyti norimo pirkti konverterio modelį ir kiekį.

6. Atsakymas.

Analizatoriuje AC32M molibdenas keičiamas, keičiant jį kartu su visa kasete/užtaisais. Analizatoriaus naudojimo instrukcijoje, atsarginių detalių sąrašas tai minima kaip "Additional charge for Molybdenum oven", kodas F05-0140-A.

7. Klausimai.

Konkurso sąlygų 2 priedo 1 lentelės 16 punkte parašyta, kad norima pirkti tarpinę 38x24x0.8 PAPYEX Environnement SA analizatoriui AC32M. Šis analizatorius neturi galimybės pakeisti tarpinę. Prašome patikslinti analizatoriaus modelį, kuriam ši tarpinė bus naudojama arba nurodyti norimo pirkti konverterio modelį ir kiekį.

7. Atsakymas.

Patikslinsime Techninę specifikaciją.

Informuojame, kad bus patikslintas skelbimas apie pirkimą.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė

Aldona Teresė Kučinskienė