



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. +370 70662008, faks. +370 70662000, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898 PVM mokesčio kodas LT100001069417.

Adresatams pagal sąrašą

2012-04-26

Nr. (10)-A4-1215

I

Nr.

DĖL MATAVIMO PRIETAISŲ, MĖGINIŲ PAĖMIMO, SAUGOJIMO IR PARUOŠIMO ĮRANGOS VIEŠOJO PIRKIMO (NR.120438)

Aplinkos apsaugos agentūra, atsižvelgdama į tiekėjo pateiktą klausimą, teikia šiuos paaiškinimus:

Klausimas:

„Dėl IV dalies „Prietaisai cheminiams parametrams nustatyti“, prie ChDS nustatymo parašyta, kad spektrofotometro ir termostato kiuvečių laikikliai turi būti pritaikyti 16 mm diametro kiuvetėms, mes turime prietaisus, kurie atitinka visus išvardintus reikalavimus, tačiau kiuvečių laikiklis termostatas pritaikyti 13 mm kiuvetėms. Ar galima siūlyti tokius prietaisus?“

Atsakymas:

„Konkurso sąlygų 2 priedo 15 lentelės 2.8 punkte nurodyta, kad „Kiuvetės laikiklis-16 mm apvaliai kiuvetei bei 10/20/50 mm stačiakampe kiuvetei. Automatinis kiuvetės atpažinimas. Konkurso sąlygose nustatyta, kad kiuvetės laikiklis turi tikti 16 mm apvaliai kiuvetei bei <...>. Toks techninis reikalavimas draudžia pateikti kiuvetės laikiklius 13 mm apvaliai kiuvetei.

Vadovaujantis Konkurso sąlygų 46 p. perkančioji organizacija atsižvelgs į Jūsų pastebėjimą ir patikslins techninius reikalavimus, kad tiekėjas galėtų pateikti ir laikiklius, tinkančius kitų diametru apvalioms kiuvetėms.

Apie šiuos pakeitimus bus paskelbta CVP IS ir Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt>.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė

Aldona Teresė Kučinskienė