



## APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Budžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,  
tel.+370 70662008, faks.+370 70662000, el.p. [aaa@aaa.am.lt](mailto:aaa@aaa.am.lt), <http://gamta.lt>.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898 PVM mokėtojo kodas LT100001069417.

Adresatams pagal sąrašą

2012-07-14  
į 2012-07-16

Nr. (10)-A4- 2308  
Nr. paklausimus

### DĖL PAKLAUSIMŲ

Aplinkos apsaugos agentūra, atsižvelgdama į tiekėjų pateiktus klausimus, teikia šiuos paaiškinimus:

**Klausimas.** Dėl konkurso sąlygų priedo Nr. 2 „Techninės specifikacijos“ 9 lentelės „Vandens tėkmės greičio matuoklis“ punkto Nr. 5

II pirkimo dalis. 9 lentelė Vandens tėkmės greičio matuoklis. Punktas 5. Reikalaujama: „Dėklai ar nešiojami lagaminai prietaisui ir štangoms; Priedai matuoti nuo tiltų (tvirtinimas ant troso matuoklio, jungiamieji laidai 10-15 m matuoklio nukreipiančioji gervė; Pakraunamos baterijos; Įkroviklis; Atsarginė suktuko jungtis. Tinkamam matavimų atlikimui nuo tiltų reikalingi specialus priedai, dėl kurių pateikimo būtinumo kyla abejonių. Prašome paaiškinti reikalavimą, apibrėžiant matavimo metodiką arba nurodant pilną ir aiškų reikalingų pasiūlyti priedų sąrašą. Reikalavimas „tvirtinamas ant troso matuoklio“ – klausimas, reikalavimas neaiškus. Kas / ko tvirtinimas ant troso matuoklio?

Tarp priedų nurodoma „nukreipiančioji gervė“. Ar būtina siūlyti troso/ laidų susukimo mechanizmą (būgną, specialią ritę)? Ar gervė privalo turėti tvirtinimo prie tiltų turėklų mechanizmą? Jeigu taip, ar susukimo būgnas privalo turėti ilgio skaitiklį ar kitas funkcijas? Taip pat matuojant nuo tiltų lanksčiuoju būdu (nuo troso) reikia naudoti atitinkamus svorius suktuko pozicionavimui vienoje pozicijoje vandens tūryje, tam naudojami skirtingi specialus svoriai (torpedos).

**Atsakymas.** Reikalavimai Vandens tėkmės greičio matuoklio priedams nurodyti Konkurso sąlygų priedo Nr. 2 „Techninės specifikacijos“ 9 lentelės 5 punkte ir papildomų specialių priedų nereikalaujama. Dėl korektūros klaidos reikalavimas „tvirtinimas ant troso matuoklio“ reikia suprasti „Reikalingas matuoklis, tvirtinamas ant troso“.

**Klausimas.** Prašome patikslinti ar konkurso Penktosios pirkimo dalies (Šaldytuvai ir termostatai) 5 pozicijoje (Termostatas) 39 lentelėje ir 6 pozicijoje (Termostatas (120 l talpos) rodiklio "Temperatūros palaikymo tikslumas termostato vidinėje erdvėje" reikalaujamas tikslumas reiškia, kad einant laikui termostato vidinėje erdvėje nustatyta temperatūra nekinta didesnė negu nurodytose ribose (t. y. tikslumas laike)?

**Atsakymas.**

Taip. Tai yra tikslumas laike.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė

Aldona Teresė Kučinskienė

Rimantas Šalkauskas, 8 706 63255, [r.salkauskas@aaa.am.lt](mailto:r.salkauskas@aaa.am.lt)