

## APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

### PAAIŠKINAMOJO SUSITIKIMO DĖL ATVIRO KONKURSO „ĮRANGOS, REIKALINGOS APLINKOS ORO MONITORINGO SISTEMŲ ATNAUJINIMUI IR STIPRINIMUI, IŠIGIJIMAS“ SĄLYGŲ

#### PROTOKOLAS

2009 m. rugsėjo 11 d. Nr. SF-47

Posėdžio pirmininkė Aldona Teresė Kučinskienė

Posėdžio sekretorius Juozas Molis

Dalyvavo: Pranas Blonskis, Tomas Gaižutis, Aurelijus Jurkus, firmų ir organizacijų atstovai (sąrašas pridedamas).

#### DARBOTVARKĖ :

1. Paaiškinamasis susitikimas dėl Atviro konkurso sąlygų (viešojo pirkimo Nr. **78218**).

#### SVARSTYTA:

1. Firmų ir organizacijų atstovų klausimai:

**1.1. klausimas.** Nėra aiškūs konkurso sąlygų punkte 63.1 nurodyti pasiūlymų vertinimo kriterijai T1, T2 ir T3.

#### NUTARTA:

1. Pakeisti konkurso sąlygas patikslinant konkurso sąlygose nurodytus pasiūlymų vertinimo kriterijus T1, T2 ir T3.

2. Patikslinti skelbimą CVPIS, raštu informuoti tiekėjus, pateikusius prašymus dėl atviro konkurso sąlygų, apie patikslintus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir paskelbti Agentūros interneto svetainėje.

**1.2. klausimas.** Kaip konkurso sąlygų 2 priedo 1 pirkimų dalies 9.18 punkte aprašyta programinė įranga turi būti pritaikyta prie matavimo įrenginių?

#### NUTARTA:

1. Paaiškinti Konkurso sąlygų 2 priedo 1 pirkimų dalies 9.18 punkte nurodytą techninį reikalavimą taip:

„Naujoji programinė įranga turi papildyti šiuo metu oro kokybės monitoringo stotyse naudojamą programinę įrangą, suteikiant galimybę prijungti ir valdyti naujus įrenginius.

Naudojama programinė įranga yra sukurta UAB „Komsetas“, Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius, tel. (5) 2730799, faks. (5) 2730745.“

2. Raštu informuoti tiekėjus, pateikusius prašymus dėl atviro konkurso sąlygų ir paskelbti Agentūros interneto svetainėje.

**1.3. klausimas.** Nėra aiškūs konkurso sąlygų 2 priedo 1 pirkimų dalies 30.3 punkte nurodyti techniniai reikalavimai.

#### NUTARTA:

1. Paaiškinti Konkurso sąlygų 2 priedo 1 pirkimų dalies 30.3 punkte nurodytą techninį

reikalavimą taip:

„Dingus oro kokybės matavimo stoties elektros maitinimui, analizatoriai įjungiami tik tuo atveju, kai vidaus temperatūra pasiekia nustatytą vertę, t.y. esant per žemai temperatūrai, stoties kontrolės ir valdymo sistema įjungia elektrinį šildytuvą, o esant per aukštai temperatūrai – kondicionierių.“

2. Raštu informuoti tiekėjus, pateikusius prašymus dėl atviro konkurso sąlygų ir paskelbti Agentūros interneto svetainėje.

**1.4. klausimas.** Kokia Pasiūlymų galiojimo užtikrinimo forma, pasiūlymo užtikrinimo valiuta ir galiojimo terminas?

NUTARTA:

1. Paaiškinti Konkurso sąlygų 37 punkte nurodytą pasiūlymo galiojimo užtikrinimo reikalavimą paaiškiname taip:

„Pasiūlymų galiojimas užtikrinamas banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštu. Banko garantijos ir draudimo bendrovės laidavimo raštas yra laisvos formos. Konkurso sąlygų 32 punkte nurodyta, kad pasiūlymas turi galioti ne trumpiau iki **2010 m. balandžio 1 d.** Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas terminas turi būti siejamas su pasiūlymo galiojimo terminu, t.y. iki 2010 m. balandžio 1 d. Konkurso sąlygų 32 punkte yra nurodyta, kad jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą kiekvienai pasiūlymo daliai, kelioms dalims ar visoms dalims. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodys kainą kita valiuta nei litas, pasiūlymo galiojimo užtikrinimo vertė gali būti nurodyta ta valiuta, kaip ir pasiūlymo kaina. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo vertė kita valiuta neturi būti mažesnė kaip nurodyta Konkurso sąlygų 37 punkte pasiūlymo galiojimo užtikrinimo vertė litais. Jeigu pasiūlyme kaina ir pasiūlymo užtikrinimo vertė bus nurodyta kita valiuta nei litas, perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 19 punkto nuostatomis, perskaičiuos kainą ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo vertę litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. Konkurso sąlygų 38 punkte nurodyta, kad prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą arba prieš pateikdamas pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą, tiekėjas gali prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą arba pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą.

2. Raštu informuoti tiekėjus, pateikusius prašymus dėl atviro konkurso sąlygų ir paskelbti Agentūros interneto svetainėje.

**1.5. klausimas.** Perkančioji organizacija buvo informuota, kad Europos Sąjungoje yra patvirtinti kitu, nei nurodyta konkurso 2 priede (1 pirkimo dalies 2.3 ir 3.3 punktai), matavimo principu veikiančys kietųjų dalelių analizatoriai, kurie gali vienu metu matuoti kietąsias daleles KD10 ir KD2,5. Tiekėjas prašo patikslinti konkurso sąlygas.

NUTARTA:

1. Kreiptis į tiekėją dėl informacijos apie kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5 analizatorių veikiančių kitu matavimo principu, nei nurodyta konkurso 2 priede (1 pirkimo dalies punktai 2.3 ir 3.3), atliekančių kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5 matavimus vienu metu, pripažinimą tinkamais naudoti ES (ar matavimo priemonės yra sertifikuotos). Gavus informaciją Viešųjų pirkimų komisijai priimti sprendimą dėl Konkurso sąlygų keitimo būtinybės.

2. Pakeisti Konkurso sąlygas, Konkurso sąlygų 2 priedo 4 lentelės 2.3 ir 3.3 punktuose po žodžių „β spindulių sugėrimas“ žodžius „ar kitu lygiaverčiu matavimo principu“.

3. Raštu informuoti tiekėjus, pateikusius prašymus dėl atviro konkurso sąlygų ir paskelbti Agentūros interneto svetainėje informaciją.

**1.6. klausimas.** Paaiškinti saulės radiacijos apsaugos paskirtį (Konkurso sąlygų 2 priedo 1 pirkimo dalies 14 punktas).

NUTARTA:

1. Paaiškinti Konkurso sąlygų 2 priede nurodytus techninius reikalavimus 1 pirkimo daliai 14 punkte taip:

„Saulės radiacijos apsauga skirta patalpinti oro temperatūros (Konkurso sąlygų 2 priedo 1 pirkimo dalies 15 punktas) ir santykinės oro drėgmės (Konkurso sąlygų 2 priedo 1 pirkimo dalies 16 punktas) jutiklius. Papildomos elektrinės ventiliacijos temperatūros jutikliui pateikti nereikia.“

2. Raštu informuoti tiekėjus, pateikusius prašymus dėl atviro konkurso sąlygų ir paskelbti Agentūros interneto svetainėje informaciją.

**1.7. klausimas.** Pareikšta pastaba, kad Konkurso sąlygų 2 priedo 1 pirkimo dalies 20.2 punkte nurodytas diapazonas neatitinka oficialiuose dokumentuose nustatyto UVB spektro diapazono.

NUTARTA:

1. Patikslinti Konkurso sąlygų 2 priedo 1 pirkimo dalies 20.2 punktą taip: „UVB jutiklio matavimo diapazonas ne mažesnis kaip 280 – 315 nm“.

2. Raštu informuoti tiekėjus, pateikusius prašymus dėl atviro konkurso sąlygų ir paskelbti Agentūros interneto svetainėje informaciją.

**1.8. klausimas.** Konkurso sąlygų 2 priedo 3 pirkimo dalies 2.2.2 punkte nurodyta, kad kartu su duomenų kaupikliu turi būti pateikta naujausia „ORACLE“ ir „SQLview“ versija.

NUTARTA:

1. Konkurso sąlygose ištaisyti techninę klaidą. Naujausios „ORACLE“ ir „SQLview“ versijos pateikti nereikia.

2. Raštu informuoti tiekėjus, pateikusius prašymus dėl atviro konkurso sąlygų ir paskelbti Agentūros interneto svetainėje informaciją.

Komisijos pirmininkė

Aldona Teresė Kučinskienė

Sekretorius

Juozas Molis