



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Valstybės biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. (8-5) 266 2808. faks. (8-5) 266 2800, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://aaa.am.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898. PVM mokesčio kodas LT100001069417.

Įmonėms pagal sąrašą

2009-10-02

Nr. (26)-A4-1650

I

Nr.

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO NR. 78217 KONKURSO SĄLYGŲ PATIKSLINIMO

Viešųjų pirkimų komisijos nutarimu, patikslinamos atviro konkurso “Lakių organinių junginių analizės įrangos pirkimas” (pirkimo Nr. 78217) sąlygos.

Konkurso sąlygų pakeitimai yra tokie:

1. Konkurso sąlygų 2 priedo 1 lentelės 1 punktą išdėstyta taip:

| | | | |
|-----|--|------|-----|
| „1. | Dujų chromatografas su masių detektoriumi ir termodesorbicijos sistema (GC/MS/TDS) | Vnt. | 1“. |
|-----|--|------|-----|

2. Konkurso sąlygų 2 priedo 2 lentelės 1 punktą išdėstyta taip:

| | | | |
|-----|---|--|---|
| „1. | Dujų chromatografas su masių detektoriumi ir termodesorbicijos sistema (GC/MS/TDS). | | “ |
|-----|---|--|---|

3. Konkurso sąlygų 2 priedo 2 lentelės 1.7 punktą išdėstyta taip:

| | | | |
|-------|--|--|---|
| „1.7. | Masių selektyvus detektorius (MS) Kvadrupolinis masių selektyvus detektorius su elektronine jonizacija. | | “ |
|-------|--|--|---|

4. Konkurso sąlygų 2 priedo 2 lentelės 1.9 punktą išdėstyta taip:

| | | | |
|-------|--|--|---|
| „1.9. | Sukomplektuotas su paskutinio leidimo NIST masių spektrų biblioteka. | | “ |
|-------|--|--|---|

5. Konkurso sąlygų 2 priedo 2 lentelės 1.12 punktą išdėstyta taip:

| | | | |
|--------|--|--|---|
| „1.12. | MS skenavimo greitis turi siekti 12500 amu/s.“ | | “ |
|--------|--|--|---|

6. Konkurso sąlygų 2 priedo 2 lentelės 1.21 punktą išdėstyta taip:

| | | | |
|--------|---|--|---|
| „1.21. | Desorbicijos temperatūros intervalas ne mažesnis kaip nuo 50°C iki 400°C. | | “ |
|--------|---|--|---|

7. Konkurso sąlygų 2 priedo 2 lentelės 1.24 punktą išdėstyta taip:

| | | | |
|--------|---|--|---|
| „1.24. | TD vamzdeliai: įtraukti šie TD vamzdeliai: - Tenax, 50 vnt. - Carbopack B, 50 vnt; - Air toxics, 50 vnt.“ | | “ |
|--------|---|--|---|

8. Konkurso sąlygų 2 priedo 2 lentelės 1.25 punktą išdėstyta taip:

| | | | |
|--------|---|--|--|
| „1.25. | Pusiau automatinis aspiratorius termodesorbicijos (TD) vamzdeliams: - Siurbimo srautas nuo 5 iki 5000 ml/min.; | | |
|--------|---|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Siurbimo srautas palaikomas kintant slėgiui; - Mažo siurbimo srauto nuo 5 iki 350 ml/min.) stabilizatorius palaikantis slėgį ≥ 640 mm vandens stulpelio; - Srauto ir laiko indikatorius; - Siurbimo laiko nustatymas; - Integruotas rotametas; - Pakraunamos baterijos; - Įkroviklis baterijoms; - Transportavimo lagaminas | | |
|--|--|--|--|

9. Konkurso sąlygų 21 punkte vietoj datos „2009 m. rugsėjo 25 d.“ įrašoma data „2009 m. spalio 12 d.“

10. Konkurso sąlygų 28 punkte vietoj datos „2009 m. rugsėjo 25 d.“ įrašoma data „2009 m. spalio 12 d.“

11. Konkurso sąlygų 46 punkte vietoj datos „2009 m. rugsėjo 25 d.“ įrašoma data „2009 m. spalio 12 d.“

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkas

Bronislavas Giedraitis

Rasa Maslauskaitė, 266 2843, r.maslauskaite@aaa.am.lt