



## APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Valstybės biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,  
tel. (8-5) 266 2808. faks. (8-5) 266 2800, el.p. [aaa@aaa.am.lt](mailto:aaa@aaa.am.lt), <http://aaa.am.lt>.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898. PVM mokėtojo kodas LT100001069417.

Įmonėms pagal sąrašą

2009-10-29

Nr. (11)-A4-1855

I

Nr.

### DĖL KONKURSO (PIRKIMO NR. 78218) SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

**1 klausimas.** III pirkimo dalyje 8 lentelės 2.2.1 punkte vaizduoklyje reikalaujama įstrižainės:  $\geq 54''$  bei RS 232C jungties. Norime informuoti, kad mūsų regionui tiekiami vaizduokliai, kurių įstrižainė:  $\geq 54''$  neturi RS 232C jungčių. Prašome patikslinti vaizduoklio reikalavimus.

**Atsakymas.** Jeigu vaizduoklyje RS 232C sumontuotos jungties nėra, galima pasiūlyti vaizduoklį kartu su priedėliu (konverteriu), kuris užtikrins prisijungimą prie vaizduoklio RS 232C jungtimi.

**2 klausimas.** II pirkimo dalyje 6 lentelės 13.9 punkte prašoma: Atsparus smūgiams kietas diskas:  $\geq 80$  GB ir pakaitinis „flash“ kaupiklis:  $\geq 32$  GB. Ar pakaitinis flash kaupiklis yra SSD tipo kietasis diskas ar USB atmintinė analogiška minimai 13.12 punkte tik mažesnės talpos?

**Atsakymas.** Galimi abu variantai: SSD tipo kietas diskas arba USB atmintinė.

**3 klausimas.** II pirkimo dalyje 6 lentelės 13 punkte aprašytame kompiuteryje nereikalaujama garantinio laikotarpio. Prašome patikslinti garantinį laikotarpį.

**Atsakymas.** Garantinis laikotarpis nurodytas prekių pirkimo sutarties sąlygų 20.7 punkte.

**4 klausimas.** Konkurso sąlygų 2 priedo 4 lentelės 25.4 punkte rašoma, jog sniego dangos storio jutiklio skiriamoji geba turi būti  $\leq 0,5$ mm. Tuo tarpu 25.3 punkte rašoma, jog jutiklio tikslumas turi būti  $\leq \pm 1$ cm. Mūsų nuomone 25.4 punkte yra rašybos klaida, todėl prašome patikslinti, ar sniego dangos storio jutiklio skiriamoji geba neturėtų būti  $\leq 0,5$ cm?

**Atsakymas.** Konkurso sąlygose nurodyti parametrai yra teisingi.

**5 klausimas.** Konkurso sąlygų 2 priedo 4 lentelės 28.2 punkte rašoma, kad slėgio dujų balione audito sistema turi būti tinkama naudoti balionams su įvairiomis dujomis ar jų mišiniais: N<sub>2</sub>, Ar, CO, sintetinis oras, LOJ. Prašome patikslinti, ar pasiūlyta slėgio balione audito sistema turi būti naudojama su bet kuriomis iš nurodytų dujų, ar kiekviena sistema turi būti naudojama su vienomis iš nurodytų dujų?

**Atsakymas.** Slėgio balione audito sistema turi būti naudojama su bet kuriomis iš nurodytų dujų.

**6 klausimas.** Rašte Perkančioji organizacija informavo, kad LOJ analizatoriui N<sub>2</sub> dujos bus naudojamos kaip „nešančios“ dujos. Mūsų siūlomoje sistemoje N<sub>2</sub> dujų nereikia, kadangi oras gali būti naudojamas kaip „nešančios“ dujos. Prašome informuoti, ar privalome kartu su LOJ analizatoriumi pateikti ir dujų balioną su N<sub>2</sub> dujomis, jeigu mūsų siūlomai sistemai nereikalingos N<sub>2</sub> dujos?

**Atsakymas.** Jeigu tiekėjas pateiks LOJ analizatorių, kuris atitiks visus konkurso sąlygose pateiktus reikalavimus nenaudojant N<sub>2</sub> dujų, tuomet pateikti dujų baliono su N<sub>2</sub> dujomis nereikia.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė

Aldona Teresė Kučinskienė

Donatas Perkauskas, (8 5) 266 2826, [d.perkauskas@aaa.am.lt](mailto:d.perkauskas@aaa.am.lt)