



## APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Valstybės biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,  
tel. (8-5) 266 2808. faks. (8-5) 266 2800, el.p. [aaa@aaa.am.lt](mailto:aaa@aaa.am.lt), <http://aaa.am.lt>.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898. PVM mokėtojo kodas LT100001069417.

Įmonėms pagal sąrašą

2009-09-30

Nr. (4)-A4-

I

Nr.

### DĖL KONKURSO (PIRKIMO NR. 78218) SĄLYGŲ PATIKSLINIMO

Pranešame, kad Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009-09-28 įsakymu Nr. AV-124 „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. AV-106 „Dėl Įrangos, reikalingos aplinkos oro monitoringo sistemų atnaujinimui ir stiprinimui, įsigijimo atviro konkurso sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistos Konkurso sąlygos (toliau – Konkurso sąlygos):

1. Išdėstytas 6.1 punktas taip:

„6.1.	Matuojamas parametras: deguonis (ištirpęs); Matavimo diapazonas: 0 – 90 mg/l; Matavimo tikslumas: $\leq \pm 1$ mg/l; Temperatūros kompensavimas: Automatinis temperatūros diapazone 0 - +50°C; Slėgio kompensavimas: Automatinis, slėgio diapazone nuo 59.9 iki 109.9 kPa ( nuo 599 iki 1099 hPa); Druskingumo korekcija: automatinė;				“
-------	--	--	--	--	---

2. Išdėstytas 6.3 punktas taip:

„6.3.	Matuojamas parametras: laidumas; Matavimo diapazonas : - 1 $\mu$ S/cm – 500 mS/cm; - 2 $\Omega$ – 20 M $\Omega$ .cm; Matavimo tikslumas: $\leq \pm 0.5\%$ ; Temperatūros kompensavimas: automatinis temperatūros diapazone ) - +50°C ir rankinis;				“
-------	--	--	--	--	---

3. Išdėstytas 6.4 punktas taip:

„6.4.	Matuojamas parametras: temperatūra: Matavimo diapazonas: 0 ... 50 °C; Matavimo tikslumas: $\leq \pm 0,5^\circ\text{C}$ ;				“
-------	--	--	--	--	---

4. Išdėstytas 6.6 punktas taip:

„6.6.	Atmintinė: $\geq 500$ matavimo rezultatų, fiksuojant matavimo datą ir laiką;				“
-------	--	--	--	--	---

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė

Aldona Teresė Kučinskienė

Aldona Teresė Kučinskienė, (8 5) 266 2805, a.kucinskiene@aaa.am.lt